Actimove® GenuFlex bientôt GenuStep

Attelle articulée du genou

DESCRIPTION :

Actimove® GenuFlex est une attelle d'immobilisation du genou articulée permettant un ajustement flexion-extension graduel selon la progression de la rééducation du patient.

CARACTERISTIQUES:

L'attelle Actimove® GenuFlex a été conçue pour présenter les atouts suivants :

- le caractère respirant du tissu qui la compose évite tout risque de macération dû à l'humidité au contact de la peau,
  - intérieur velouté très confortable,
  - ne contient pas de latex

- le système de fermeture par bande extensible avec velcro, permet d'adapter et de sécuriser la pose de l'attelle :
  - l'attelle ne glisse pas,
  - l'attelle épouse parfaitement les contours morphologiques du patient,
  - l'attelle assure une pression constante et bon maintien du genou

- l'articulation du genou :
  - est spécialement conçue pour assurer une flexion totale et prévenir les hyperextension du genou,
  - les baleines peuvent être retirées afin de laver l'attelle



Actimove® GenuFlex bientôt GenuStep

Attelle articulée du genou

INDICATIONS:

- Genarthrose douloureuse,
- Instabilité ligamentaires mineures du genou,
- Problèmes chroniques du ménisque,
- Gonarthrose rhumatismale

MODE D'EMPLOI:

Actimove® GenuFlex doit être positionnée pour la première application par un professionnel de santé
Ouvrir l'attelle Actimove genuFlex avec la sangle circulaire du bas,
Envelopper l'attelle autour du genou en position légèrement flechi de manière à ce que la proéminance osseuse du genou se place dans la fenêtre avant de l'attelle,
Serrez doucement la sangle inférieure,
Serrez la sangle supérieure et régler l'attelle jusqu'à ce qu'elle soit confortablement ajustée,
Attention :
Ne pas serrer trop fort la sangle inférieure afin d'éviter l'effet garrot,
Un ajustement optimal devrait vous permettre de pouvoir glisser un doigt entre l'attelle et votre peau,

PARTICULARITES D' UTILISATION:

Cette attelle doit être ajustée la première fois par un membre du personnel soignant habitué à traiter les affections pour lesquelles elle est prescrite. Toujours suivre les conseils de votre médecin traitant.
En cas de gonflement anormal, de décoloration anormale de la peau ou de gêne inhabituelle, nous vous recommandons d'interrompre l'utilisation de l'attelle et de consulter un médecin.
Veillez à ne pas trop serrer l'attelle pour ne pas entraver la circulation.
Toujours protéger les plaies par un pansement approprié

PRECAUTIONS D' EMPLOI:

Voir particularité d'utilisation

ENTRETIEN :

Toujours retirer les baleines avant lavage
Lavage en machine ou à la main. Cycle de lavage délicat à 30°C/86°F.
Ne pas laver à l'eau de javel
Ne pas nettoyer à sec
Ne pas mettre au sèche linge
Ne pas repasser

CONTRE-INDICATIONS:

Fractures instables,

Fracture du fémur proximal,
Fracture distale du tibia ou du péroné
Instabilité du genou nécessitant une intervention chirurgicale
Blessures compliquées à plusieurs endroits
Arthrise sévère du genou

CONDITIONNEMENT:

Sachet plastique unitaire.

Présentation unitaire avec notice d'utilisation. Les dimensions suivantes correspondent au tour de cuisse :

Présentation ville et hôpital

EAN13	*ACL7*	Référence (*)	*Dimensions*	*Unité de cde*	*Carton stand.*	*Code LPPR*
4042809176377	*9582073*	73492-09032-00	XS	1	12	2152211
4042809377873	*9582050*	73492-09033-00	S	1	12	2152211
4042809377897	*9582044*	73492-09034-00	M	1	12	2152211
4042809377910	*9582038*	73492-09035-00	L	1	12	2152211
4042809377934	*9582067*	73492-09036-00	XL	1	12	2152211
4042809377958	*9582021*	73492-09037-00	XXL	1	12	2152211
4042809377972	*9582096*	73492-09038-00	XXXL	1	12	2152211

(*) les 2 derniers chiffres sont mentionnés à titre indicatif (internes à BSN medical)

STERILISATION:

Livré non stérile

BSN medical SAS
57, boulevard Demorieux
F - 72058 LE MANS Cedex 2
Tél.: 02 43 83 40 40
Fax: 02 43 83 40 41

CONTACT PHARMACIE :

N° Vert : 0 800 302 282

- **Système de Management certifié**
- **EN ISO 9001**
- **EN ISO 13485**